

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі UA-2025-09-22-013677-a

Підстава для публікації обґрунтування: постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до Постанов Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Замовник: Національний університет цивільного захисту України

ЄДРПОУ: 08571363

Вид предмету закупівлі: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-22-013677-a

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори (Аналізатор сечі лабораторний напівавтоматичний (38432000-2 Аналізатори), аналізатор швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) автоматичний (38432000-2 Аналізатори))

Очікувана вартість предмета закупівлі: 157 549,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення. Очікувану вартість визначено з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 шляхом використання методу «порівняння ринкових цін».

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування товару та код НК 031:2024	Необхідні характеристики	Од вим.	К-ть
1.	Аналізатор сечі лабораторний напівавтоматичний Код EMDN — W020101020102	Досліджувані параметри: Уробіліноген, Білірубін, Кетонові тіла, Кров, Білок, Нітрит, Лейкоцити, Глюкоза, Питома вага, Аскорбінова кислота, рН Принцип виміру : фотометричний Довжина монохроматичного світла : 557 нм, 620нм, 656нм Джерело світла: LED (світлодіод) Використовувані тестові смужки: 11 параметрів Продуктивність: не менше 120 зразків/година (в режимі партії) або 60 зразків/годину Екран: РК - дисплей, розподільна здатність 240x128 Пам'ять: не менше 1000 результатів Принтер: вбудований термо-принтер ширина паперу 57мм Інтерфейс: RS-232C, DB9 Довкілля: Температура 5°C~40°C, Вологість до 85% Джерело живлення : AC 220V; 50Hz Наявність в комплекті тестових смужок (не	КОМПЛЕКТ	1

		менше 500 шт)		
		Прилад повинен супроводжуватися експлуатаційною документацією, викладеною українською мовою		
		Термін гарантійного обслуговування приладу повинен становити не менше 12 місяців		
2	Аналізатор швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) автоматичний Код EMDN — W0202010101	Аналізатор повинен забезпечувати проведення аналізу за технологією оптичного випромінювання для прямого визначення швидкості осідання еритроцитів у зразках крові	КОМПЛЕКТ	1
		Аналізатор або його частини під час роботи не повинні мати контакту з кров'ю зразка пацієнта		
		Однчасне завантаження – не менше, ніж 4 зразка випадкове або постійне завантаження.		
		Пряме фотометричне світлодіодне вимірювання в звичайних вакуумних гематологічних пробірках з EDTA або педіатричних міні пробірках з EDTA, без відбору з них крові для виміру ШОЕ		
		Необхідна наявність вбудованих формул корекції, включно з температурною поправкою по Manley		
		Під час роботи аналізатору не повинні використовуватися додаткові реагенти		
		Під час роботи аналізатору не повинні утворюватися біологічні відходи		
		Можливість ведення внутрішнього та зовнішнього аудиту якості		
		Аналізатор має бути валідованим виробником у відповідності з міжнародним референтним методом ICSH		
		Аналізатор не повинен потребувати періодичного інженерного обслуговування та калібрування		
		Наявність вбудованого з'єднання Bluetooth 4.0 для підключення зовнішнього принтера, USB для зовнішнього ПК та для USB накопичувача, порта для зчитувача зовнішнього штрих-коду		
Використання електронних ключів для роботи аналізатору				

		Швидкість виміру ШОЕ 20 хвилин		
		Рівень вимірювання від 0 до 140 мм/год		
		Дисплей – вбудований, резистивна сенсорна панель		
		Спеціалізований пристрій з транспондером РЧ. Використовується одноразово для проведення певної кількості тестів на визначення ШОЕ на аналізаторі VES-MATIC Cube.		

З метою підтвердження якості та технічних характеристик запропонованого товару, Учасник у складі пропозиції повинен надати:

1. Гарантійний лист, який підтверджує, що товар, запропонований Учасником, новий і такий, що не використовувався в якості демонстраційного зразка.

2. Гарантійний лист, який підтверджує, що гарантійний термін обслуговування не менше 12 (дванадцяти) місяців, починаючи з дати введення в експлуатацію Замовником.

3. Гарантійний лист, який підтверджує, що Учасник забезпечує доставку, встановлення (монтаж), налагодження (пусконаладжувальні роботи), тестування Товару (у разі готовності Замовника до використання Товару) та навчання працівників Замовника методам роботи та користуванням Товару.

4. Відповідність запропонованого Товару вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753, для підтвердження Учасник надає: копію чинної декларації про відповідність запропонованого товару вимогам відповідного Технічного регламенту; копію сертифіката, що засвідчує відповідність предмета закупівлі вимогам відповідного Технічного регламенту, складеного з дотриманням процедур оцінки відповідності, передбачених відповідними Технічними регламентами.

5. Наявність сервісного центру (власний або залучений на договірних умовах) з обслуговування обладнання в Україні на весь період гарантійного обслуговування обладнання, для підтвердження Учасник надає: гарантійний лист з адресою сервісного центру. У випадку, якщо сервісний центр залучений на договірних умовах, Учасник додатково надає копії документів, що підтверджують правовідносини з таким сервісним центром (договори підряду, надання послуг тощо).

6. На підтвердження відповідності запропонованого товару медико технічним вимогам Учасник надає копію каталогу, та/або буклету, та/або інструкції із застосування предмета закупівлі, та/або технічного паспорту, та/або технічного файлу (технічної документації), та/або інший документ (або витяг з документа), який містить технічні характеристики запропонованого товару, та заповнену таблицю медико-технічних вимог.

7. З метою отримання гарантій, що Учасник спроможний своєчасно поставити запропоноване обладнання, та для запобігання отримання фальсифікованого товару, Учасник надає в складі тендерної пропозиції гарантійний лист від виробника, або представництва виробника, або уповноваженого(офіційного) представника виробника на території України, що підтверджує можливість поставки Учасником Товару у необхідній кількості, якості, в термін (строк), що визначені тендерною документацією. Лист також має містити номер закупівлі (UA...), назву предмета закупівлі, назву Учасника.

8. Аналогічний договір:

Довідка складена на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за формою наведеною нижче, за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника, завірена печаткою (у разі її використання), яка містить інформацію про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). Під аналогічним договором слід розуміти договір, з поставки ідентичного або тотожного товару, а також договір з поставки товару з подібними або схожими характеристиками. Довідка про наявність в учасника досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник _____ (зазначається інформація про назву учасника) на

виконання вимог тендерної документації Замовника надає інформацію про наявність досвіду виконання аналогічного (аналогічних) договору (договорів), а саме:

№	Найменування замовника за договором	Номер та дата договору	Найменування продукції	Сума договору	Документ(и), що підтверджують виконання договору

Для підтвердження зазначеної в Довідці інформації учасник повинен надати:- сканований(і) з оригіналу аналогічний(і) договір(ори), які повністю виконані, інформацію щодо яких вказано у Довідці про виконання аналогічних договорів;- документи, що засвідчують факт постачання товару за аналогічними договорами, які вказані учасником в Довідці (скановані з оригіналу видаткові накладні / акти приймання-передачі);- скановані з оригіналу лист(и) - відгук(и) (не менше 1-го) від замовника про належне виконання договору (що вказаний(і) в Довідці). Відгук(и) повинен(ні) мати посилання на договір, який виконаний та бути належно оформлений, містити вихідний номер та дату видачі такого документу.